

Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii (DGHM)
- Komisja Środków Odkazających -

Certyfikat

przyjęcia

Helipur®

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytycznymi DGHM
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,
że środek odkażający:

Helipur®

zakres stosowania:

odkażane narzędzi

(łącznie z Tbc)

skład substancji
czynnych

8,5% p-chloro-m-krezolu

według rodzaju i ilości:

4,8% p-chloro-o-benzylofenolu

4,0% fenylofenolu

uznany zostaje za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

<u>5,0%</u>	<u>15 min.</u>
<u>2,5%</u>	<u>45 min.</u>
<u>1,5 %</u>	<u>60 min.</u>

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data **Bonn, dnia 11.04.2003**

/-/ podpis nieczytelny

(Przewodniczący Komisji Środków Odkazających)

[okrągły stempel z podobizną
kobiety i podpisem Hygiela:
Komisja Środków Odkazających -
DGHM]

Niniejszym potwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożonym mi zeskanowanym dokumentem w języku niemieckim - tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Anna Kościńska. Poznań, 8 czerwca 2004, Rep. nr 043/2004
Pobrano opłatę za tłumaczenie uwierzytelnione o objętości 1 strony 22,33 zł.

